



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
KLASA: 406-05/20-01/24
URBROJ: 513-02-1420/14-20-33
Zagreb, 18. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: Zakon, Narodne novine, br. 120/16) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave Mobilnog rendgenskog uređaja, evidencijskog broja nabave: 24-20-VV, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava (OIB: 18683136487) izrađuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Predmet nabave: Mobilni rendgenski uređaj

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti sukladno članku 86. Zakona.

Evidencijski broj nabave: 24-20-VV

Datum objave Poziva na prethodno savjetovanje na internetskoj stranici Naručiitelja i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 24. ožujka 2020. godine

Trajanje prethodnog savjetovanja: od 24. ožujka 2020. godine do 08. travnja 2020. godine

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta za produženjem trajanja prethodnog savjetovanja za tjedan dana zbog situacije s pandemijom, što otežava suradnju sa inozemnim dobavljačima, Naručiitelj mijenja Poziv na prethodno savjetovanje, i to rok dostave eventualnih primjedaba, prijedloga, komentara i mišljenja sa 01. travnja 2020. godine na 08. travnja 2020. godine. Ova Izmjena br. 1. Poziva na prethodno savjetovanje Naručiitelj je objavio na internetskim stranicama Oglasnika i Naručiitelja dana 27. ožujka 2020. godine.

Ukupno trideset i dvije (32) primjedbe gospodarskih subjekata zaprimljene su na objavljeni Nacrt Dokumentacije o nabavi, a s odgovorima Naručiitelja nalaze se u Prilogu br. 1. ovog Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju i njegov su sastavni dio.

Ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje se na internetskoj stranici Naručiitelja i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

**STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU**

Prilog:

1. Primjedbe gospodarskih subjekata i odgovori Naručiitelja.

PRIMJEDBE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI NARUČITELJA

Redni broj	Primjedba gospodarskog subjekta	Prihvaća se / Ne prihvaća se	Odgovor Naručitelja
1.	Točkom 5.3 se traži kontrastna osjetljivost u %, međutim nije definirano da li se mjerenje vrši iza čelične ploče ili plastične polietilenske ploče i pri kojem standardu? Molimo da se točka 5.3 nadopuni sa neophodnim navedenim detaljima.	/	<p>Točka 5.3. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi glasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Ponuditelj mora navesti kontrastnu osjetljivost u postocima (%) • Ponuditelj mora dostaviti dokaze i uzorak snimke koju je generirao sustav ponuđenog uređaja.“ <p>Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta za dopunom točke 5.3. Tehničke specifikacije, te u istoj dodaje tekst: „Kontrastna osjetljivost standardno se testira na način da, mjereno iza čelične ploče debljine D, čelični lim najveće debljine d mora biti vidljiv. Kontrastna osjetljivost se definira kao debljina tankog lima d (mm) koji se može detektirati iza čelične ploče debljine D (mm), te je kontrastna osjetljivost = $(d/D) \times 100\%$.“</p> <p>Podtočka 2. ove točke mijenja se tako da sada glasi: „Ponuditelj mora dostaviti dokaze i uzorak snimke koji je postotak (%) kontrastne osjetljivosti generirao sustav ponuđenog RTG uređaja, a koristeći standardni način testiranja.“</p>
2.	Točkom 6.2 specificiran je monitor u 4K rezoluciji. Napomenuli bi da su slike generirane backscatter tehnologijom niske rezolucije te koristeći monitor sa navedenom rezolucijom neće imati utjecaja na analizu slike, smatramo da bi to čak moglo otežano utjecati na analizu iz razloga što će slika biti relativno mala pri takvoj rezoluciji.	Ne prihvaća se	Naručitelju je poznata činjenica da monitor veće rezolucije (4K) neće imati utjecaja da slika skeniranja bude bolje rezolucije zbog bolje rezolucije ekrana. Namjera Naručitelja da nabavi računalo veće rezolucije veže se uz točke 6.2. i 7.4. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, mogućnosti sustava za skeniranje i prilaganje dokumenata, odnosno fotografija uz nastale snimke rendgenskog uređaja, te pregled istih na zaslonu po potrebi, a za što će svakako pregled biti kvalitetniji ako rezolucija monitora bude veća.
3.	Da li se unos podataka traženih točkom 7.4 vrši ručno upisom operatera? Molimo navedeno definirati.	/	<p>Točka 7.4. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi glasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Ugrađena oprema mora imati mogućnost: <ul style="list-style-type: none"> - pohraniti slike i priloge skeniranja u formatu slike ili tekstualnog dokumenta, - priložiti sliku skeniranja s brojevima registarskih tablica vozila i prikolica, brojevima kontejnera, markom vozila, zemljom registracije vozila, imenom vozača,

			<p>nacionalnošću, datumom, MRN brojem, glavnim sadržajem tereta. Sustav za pohranu i mogućnosti za proširenje kapaciteta za pohranu, moraju biti opisani u ponudi.“</p> <p>Naručitelj u istoj točki dodaje tekst: „Ponuditelj u ponudi mora dostaviti dokumentaciju o mogućnostima automatske pohrane snimaka nastalih skeniranjem, te dokumentaciju o mogućnosti automatskog prepoznavanja registarskih pločica „ANPR sustavom“ (Automatic number-plate recognition) i povezivanja rezultata ANPR sustava sa snimkom rendgenskog sustava uređaja.“</p>
4.	<p>Točkom 19.2 definirani su uvjeti jamstva gdje je se definira vrijeme odaziva unutar 24 sata te vrijeme popravka (sa zamjenom neispravne opreme) dodatnih 24 sata. Smatramo da vrijeme popravka i zamjene neispravne opreme unutar 24 sata nije realno, naime svi dijelovi kako šasije vozila tako i nadogradnje dolaze iz uvoza. Na navedene okolnosti oko transporta i uvoza nitko ne može utjecati pogotovo ukoliko se uzmu u obzir ograničenja vezane za sadašnju situaciju oko COVID-19 ili neke druge više sile. Također, svaki kvar na recimo motoru, mjenjaču, kardanu itd... vozila, ponuditelj ovisi o ovlaštenom servisu za nuđenu šasiju a isto tako servisi imaju planirani dnevnik i redoslijed popravaka a tu se ponovno otvara priča oko rezervnih dijelova na šasiju i čekanja na istu iz uvoza. Stoga molimo Naručitelja da uzme u obzir navedeno te shodno tome izmjeni uvjete koji se odnose na</p>	Ne prihvaća se	<p>Točka 19.2. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi glasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Vrijeme odaziva mora biti unutar 24 sata po pozivu i vrijeme rješavanja kvarova do potpune funkcionalnosti ili zamjene opreme unutar 24 sata tijekom jamstvenog razdoblja. • Nakon što istekne vrijeme predviđeno za odaziv ili vrijeme predviđeno za rješavanje kvarova u vremenima propisanim prethodnom točkom, istekom vremena od 24 sata, odnosno 48 sati ukupno, započeti će se računanje dana u kojima uređaj nije bio raspoloživ.“ <p>Naručitelj naglašava da su točkom 19.2. propisana dva raspoloživa vremena za otklanjanje kvarova i to: prvo za odaziv po pozivu, a drugo do ukupnog vremena popravka i zamjene neispravne opreme. Također, u točki 2.1. Dokumentacije o nabavi – Opis predmeta nabave, navedeno je:</p> <p>„Razdoblje u kojem mobilni rendgenski uređaj zbog planiranog preventivnog servisa i održavanja neće biti u funkciji, ne smije biti dulje od dva (2) dana mjesečno i dvanaest (12) dana godišnje.</p> <p>Za vrijeme jamstvenog roka, rad mobilnog rendgenskog uređaja mora biti najmanje 97% od ukupnog vremena rada. Dani u kojima su izvršena preventivna održavanja isključeni su kod izračuna raspoloživosti.</p> <p>Za razdoblje u kojem mobilni rendgenski uređaj bude izvan funkcije, primijenit će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.</p> <p>Predviđeno radno vrijeme uporabe mobilnog rendgenskog uređaja je 24 sata dnevno i 7 dana tjedno, osim u vrijeme zakazanog održavanja.</p> <p>Izračun raspoloživosti:</p>

	<p>vrijeme popravka jer ovakovi zahtjevi su u praksi neizvedivi ukoliko dođe do kvara opreme.</p>		<p>1. Ako je godišnja raspoloživost manja od 97%, ali više od 90%, naknada za izgublenu raspoloživost iznosi 0,05% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost po svakom izgubljenom danu raspoloživosti, do maksimalno 5% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost. Kod računanja raspoloživosti iz ove točke, danom raspoloživosti računa se svaki započeti sljedeći dan od sedam (7) dana u tjednu.</p> <p>2. Ako je godišnja raspoloživost manja od 90%, Naručitelj ima pravo na raskid ugovora o javnoj nabavi.“</p> <p>Zaključno, posebno se naglašava, da iz navedenog proizlazi da ugovaratelj tijekom jamstvenog razdoblja ostvaruje pravo na 48 sati tijekom kojega neće započeti računanje „raspoloživosti“ sa uređajem. Kada prođe rok od 48 sati, započinje računanje raspoloživosti koja još uvijek mora biti najmanje 97% ukupnog vremena korištenja što daje na godišnjoj razini ugovaratelju dodatnih jedanaest (11) dana za otklanjanje kvarova bez naknade za neraspoločivost uređaja. Iz svega navedenoga zaključuje se da ugovaratelj ima na raspolaganju 48 sati za svaki kvar i za potpuno otklanjanje kvara bez računanja raspoloživosti, te dodatno za svaki od većih kvarova na raspolaganju ukupno jedanaest (11) dana godišnje, a koje može rasporediti sukladno potrebama za popravcima. Naglašavamo da u isto računanje raspoloživosti ne ulaze ona početna dva (2) dana za svako otklanjanje kvara.</p>
5.	<p>U stavci broj 2.1. DON – Opis predmeta nabave, piše: „Ponuditelj je u obvezi omogućiti Naručitelju tvorničko testiranje mobilnog rendgenskog uređaja prije isporuke.“ - Da li to znači da će ugovaratelj morati osigurati tvorničko testiranje (FAT – Factory Acceptance Test) u tvornici proizvođača sustava? - Nigdje u tehničkim specifikacijama se isto ne spominje. - U stavci broj 16.1. TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA piše sljedeće: „Zajedno sa ponuditeljem, prije</p>	/	<p>Točkom 2.1. Dokumentacije o nabavi Naručitelj je propisao „Ponuditelj je u obvezi omogućiti Naručitelju tvorničko testiranje mobilnog rendgenskog uređaja prije isporuke“. Točkom 16.1 nacрта Tehničkih specifikacija iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Zajedno sa ponuditeljem, prije isporuke u cilju provjere tehničkih karakteristika navedenih u ponudi, otklanjanja mogućih nedoumica u tijeku proizvodnje uređaja, a kako bi se otklonile moguće nepravilnosti i dodatni troškovi za otklanjanje istih kod isporuke, skupina za kontrolu izvršiti će tijekom 3 dana inspekciju cijeloga sustava (najmanje 4 predstavnika naručitelja i 1 ponuditelja), na mjestu koje odredi ponuditelj. Provjera tehničkih mogućnosti uređaja provoditi će se na prostoru koji je odredio ponuditelj simulacijom stvarnih uvjeta rada. Mogućnosti za promjenu tehničkih detalja i ugradnje mogu se zatražiti na temelju kontrole u skladu s tehničkim specifikacijama. Sve troškove vezane uz ove inspekcije snosi ponuditelj“. <p>Navedenim je jasno propisano da će Naručitelj provesti takozvani „FAT – Factory Acceptance Test“ u tvornici proizvođača, odnosno „mjestu koje odredi ponuditelj“, gdje je moguće provesti potpuno testiranje svih traženih karakteristika uređaja i gdje je još</p>

	<p>isporuke u cilju provjere tehničkih karakteristika navedenih u ponudi, otklanjanja mogućih nedoumica u tijeku proizvodnje uređaja, a kako bi se otklonile moguće nepravilnosti i dodatni troškovi za otklanjanje istih kod isporuke, skupina za kontrolu izvršiti će tijekom 3 dana inspekciju cijeloga sustava (najmanje 4 predstavnika naručitelja i 1 ponuditelja), na mjestu koje odredi ponuditelj. Provjera tehničkih mogućnosti uređaja provoditi će se na prostoru koji je odredio ponuditelj simulacijom stvarnih uvjeta rada. Mogućnosti za promjenu tehničkih detalja i ugradnje mogu se zatražiti na temelju kontrole u skladu s tehničkim specifikacijama. Sve troškove vezane uz ove inspekcije snosi ponuditelj.“</p>		<p>uvijek moguće otkloniti eventualne primjedbe Naručitelja u odnosu na tražene karakteristike.</p> <p>Naručitelj u točki 2.1. Dokumentacije o nabavi – Opis predmeta nabave, u rečenici: „Ponuditelj je u obvezi omogućiti Naručitelju tvorničko testiranje mobilnog rendgenskog uređaja prije isporuke“ dodaje tekst: „u skladu sa točkom 16.1. Tehničke specifikacije.“</p>
6.	<p>U stavci broj 2.1. DON – Opis predmeta nabave, piše: „Nakon što Naručitelj utvrdi da je isporučeni mobilni rendgenski uređaj u skladu sa Tehničkom specifikacijom, ponuditelj je u obvezi dati na raspolaganje mobilni rendgenski uređaj Naručitelju na probno razdoblje od petnaest (15) dana. Ako u tom vremenskom razdoblju mobilni rendgenski uređaj radi u skladu s dogovorenim specifikacijama, bez grešaka i nepravilnosti u radu,</p>	/	<p>Točkom 14.5. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Nakon izvršene obuke, a prije konačne primopredaje, ponuditelj mora osigurati minimalno jednu obučenu osobu koja će tijekom 15 dana po 16 sati dnevno, biti fizički prisutna i na raspolaganju korisniku u cilju testiranja skenera u uvjetima pojačanog korištenja, vožnje, postavljanja, započinjanja skeniranja te vraćanja u početni položaj na predviđenim mjestima kontrole prekograničnog prometa i rada na izdvojenim mjestima za provedbu mjera nadzora.“ <p>Navedenom točkom izbjegava se bilo kakva greška koju će napraviti Naručitelj tijekom navedenog razdoblja od 15 dana i neće biti odgođeno plaćanje prema navedenim komentarima na neodređen broj dana.</p> <p>Naručitelj u točki 2.1. Dokumentacije o nabavi – Opis predmeta nabave u rečenici</p>

	<p>isporuka se prihvaća. Ako to nije slučaj, greške i nepravilnosti u radu se otklanjaju bez neosnovanog odgađanja, a probno razdoblje se produžuje za još petnaest (15) dana prije mogućnosti prihvaćanja mobilnog rendgenskog uređaja.“</p> <p>Nigdje nije opisano koje su obveze Naručitelja u slučaju da se na sustavu napravi šteta u probnom razdoblju od petnaest (15) dana njegovom krivnjom ili krivnjom trećih osoba?</p> <p>-Plaćanje se može izvršiti tek nakon što se uređaj isporuči, testira i napravi obuka korisnika, što se dešava u gore navedenom slučaju, s obzirom da će se time plaćanje ugovaratelju odgoditi za neodređeni broj dana/mjeseći, a zbog štete koja nije nastala njegovom krivnjom?</p>		<p>„Nakon što Naručitelj utvrdi da je isporučeni mobilni rendgenski uređaj u skladu sa Tehničkom specifikacijom, ponuditelj je u obvezi dati na raspolaganje mobilni rendgenski uređaj Naručitelju na probno razdoblje od petnaest (15) dana“ dodaje tekst „u skladu sa točkom 14.5. Tehničke specifikacije“.</p>
7.	<p>U stavci broj 2.1. DON – Opis predmeta nabave, piše: „Izračun raspoloživosti:</p> <p>1. Ako je godišnja raspoloživost manja od 97%, ali više od 90%, naknada za izgubljenu raspoloživost iznosi 0,05% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost po svakom izgubljenom danu raspoloživosti, do maksimalno 5% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost. Kod</p>	Ne prihvaća se	<p>Nije jasna iznesena tvrdnja „koji nije nastao krivnjom ugovaratelja“ kad je u rečenici prije navedeno da razdoblje preventivnog servisa i održavanje na ulazi u izračun raspoloživosti po čemu je jasno da se raspoloživost odnosi isključivo na vrijeme potrebno na otklanjanje prijavljenih kvarova.</p> <p>Naručitelj u točki 2.1. Dokumentacije o nabavi – Opis predmeta nabave, u rečenici: „Razdoblje u kojem mobilni rendgenski uređaj zbog planiranog preventivnog servisa i održavanja neće biti u funkciji, ne smije biti dulje od dva (2) dana mjesečno i dvanaest (12) dana godišnje“, dodaje tekst „koje razdoblje ne ulazi u izračun raspoloživosti“.</p> <p>Naručitelj upućuje na Odgovor na primjedbu broj 4.</p>

	<p>računanja raspoloživosti iz ove točke, danom raspoloživosti računa se svaki započeti sljedeći dan od sedam (7) dana u tjednu.</p> <p>2. Ako je godišnja raspoloživost manja od 90%, Naručitelj ima pravo na raskid ugovora o javnoj nabavi.</p> <p>-Molimo da se doda stavka da se izračun raspoloživosti ne uzima u obzir ako se sustav ne može koristiti zbog razloga koji nije nastao krivnjom ugovaratelja.</p>		
8.	<p>U stavci broj 2.4. DON – Rok isporuke robe, piše: „Rok isporuke robe je do trinaest (13) mjeseci od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe.</p> <p>- Želimo upozoriti naručitelja da s obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom virusa na globalnom, svjetskom nivou, za koju nitko sa sigurnošću ne može znati koliko će trajati, moguće je da se rok isporuke i produži. Trenutno mnoge tvornice koje proizvode komponente potrebne za izgradnju sustava ne rade i ne zna se kada će proraditi (npr. tvornica Mercedes Daimler Benz je trenutno zatvorena, a ista proizvodi šasiju na koju se naš sustav ugrađuje). Zanima nas da li je moguće ugraditi u ugovor stavku gdje će biti definirana i ta situacija (nešto kao force majeure u slučaju pandemije virusa)?</p>	Prihvaća se	Naručitelj dopušta mogućnost naknadnog produženja roka isporuke predmeta nabave navedenog u točki 2.4. Dokumentacije o nabavi – Rok isporuke robe, ovisno o mogućnostima Naručitelja u provedbi ovog Projekta.

9.	<p>U stavci broj 3.3.2. DON – Tehnička i stručna sposobnost, traži se: „Gospodarski subjekt mora, sukladno točki 1.7. Dokumentacije o nabavi i sukladno članku 268. Zakona, dokazati da je u ovoj godini (u kojoj je započet predmetni postupak javne nabave) i tijekom tri (3) godine koje prethode ovoj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora o isporuci istog ili sličnog predmeta nabave, na način da je vrijednost izvršenih ugovora jednaka ili veća od iznosa procijenjene vrijednosti nabave. Popis ugovora potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.</p> <p>-Molimo Vas da promijenite zahtjev na način da se u slučaju ako ponuditelj nije i proizvođač predmetne opreme, prihvati popis ugovora kako je traženo, ovjeren od proizvođača opreme, tj. da ponuditelj ne treba imati postojeću referencu. S obzirom da je predmet isporuke specifičan i prvi puta se isporučuje na teritoriju RH, trenutno ne postoji niti jedan gospodarski subjekt u RH koji posjeduje traženi dokaz. Znamo da se gospodarski subjekt (ponuditelj) u ovom slučaju može osloniti na drugog gospodarskog subjekta (proizvođač), ali to izuzetno komplicira i poskupljuje</p>	Ne prihvaća se	<p>Zahtjev u točki 3.3.2. Dokumentacije o nabavi istovjetan je članku 268. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i primjenjuje se u svim postupcima javne nabave. Ukoliko zainteresirani gospodarski subjekt ne može sam ispuniti zahtjev iz točke 3.3.2. Zakon dopušta mogućnost oslanjanja na neki drugi gospodarski subjekt.</p>
----	---	----------------	--

	<p>izradu ponude, jer strani subjekti općenito imaju problema sa dostavom pravne dokumentacije prema hrvatskim zakonima. Također, u ovom slučaju kako se zapravo radi o isporuci robe, naručitelju je jedino bitno da mu se dokaže da je uređaj koji je predmet nabave već negdje isporučen, te da su trenutni korisnici njime zadovoljni; a ponuditelj ionako samu isporuku i uslugu koje će uslijediti nakon iste, garantira jamstvom za ozbiljnost ponude, te jamstvom za uredno ispunjenje ugovora.</p>		
10.	<p>U stavci broj 6. DON – ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA, piše: „Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.“ - S obzirom na visoku cijenu predmeta nabave i izuzetno dugačak rok isporuke, molim Vas da promijenite uvjete plaćanja tako da osigurate plaćanja predujma na način: a) 50% - 30 dana nakon potpisa ugovora b) 40% - 30 dana nakon isporuke sustava na lokaciji Naručitelja c) 10% - 30 dana nakon primopredaje -Mislimo da je takav način u obostranom interesu jer ćemo u suprotnom sav trošak dugoročnog financiranja morati ukalkulirati u</p>	Ne prihvaća se	Gospodarski subjekt ne navodi da bi uz plaćanje predujma dao povoljniju cijenu ponude, već samo da će ponuda bez predujma biti skuplja.

	ponuđenu cijenu sustava što zasigurno nije niti Vaša, niti naša želja.		
11.	<p>Molimo Vas da u Prilogu br. 3. DON – Razrada kriterija odabira ENP, promijenite stavku 2. Zona isključenja (ZI), na sljedeći način da piše:</p> <p>- „Zona isključenja (ZI) određena tehničkom specifikacijom ne smije biti veća od 20 m², mjereno s objektom koji se skenira smještenim ispred izvora zračenja i mjereno s granice tunela skeniranja (4.5m od stranice uređaja), u opciji korištenja skenera koji se ne kreće (portalnom modu), pri najvećoj energiji akceleratora. Naručitelj će usporedbom ponuda dodatno bodovati umanjene površine zone isključenja, te će se za bodovanje iz ove točke primijeniti izračun dobiven umnoškom dužine i širine zone (u m²) i to:</p> <p>20 m² = 0,00 kn Od 6,01 m² do 20 m² = 100.000,00 kn Od 4,01 m² do 6 m² = 200.000,00 kn Od 2,01 m² do 4 m² = 300.000,00 kn Do 2 m² = 400.000,00 kn“</p> <p>- „Vezano uz zahtjeve iz ove točke, zona isključenja ne smije biti veća od 20 m², mjereno s granice tunela skeniranja, u opciji</p>	Prihvaća se	<p>U Prilogu 3. Dokumentacije o nabavi - Razrada kriterija odabira, u točki 2. propisano je:</p> <p>Zona isključenja (ZI) određena tehničkom specifikacijom ne smije biti veća od 20 m², mjereno u opciji korištenja skenera koji se ne kreće (portalnom modu), pri najvećoj energiji akceleratora. Naručitelj će usporedbom ponuda dodatno bodovati umanjene površine zone isključenja, te će se za bodovanje iz ove točke primijeniti izračun dobiven umnoškom dužine i širine zone (u m²) i to:</p> <p>20 m² = 0,00 kn Od 6,01 m² do 20 m² = 100.000,00 kn Od 4,01 m² do 6 m² = 200.000,00 kn Od 2,01 m² do 4 m² = 300.000,00 kn Do 2 m² = 400.000,00 kn</p> <p>Vezano uz zahtjeve iz ove točke, zona isključenja ne smije biti veća od 20 m², mjereno u opciji korištenja skenera koji se ne kreće (portalnom modu).</p> <p>Iz razloga što RTG uređaj koji je predmet ove nabave, za razliku od drugih RTG uređaja, nema štit kada se zrake emitiraju prema objektu skeniranja te se stoga bitno mijenjaju zone zračenja, Naručitelj mijenja tekst:</p> <p>„Zona isključenja (ZI) određena tehničkom specifikacijom ne smije biti veća od 20 m², mjereno u opciji korištenja skenera koji se ne kreće (portalnom modu), pri najvećoj energiji akceleratora.“</p> <p>tako da isti glasi:</p> <p>„Zona isključenja (ZI) određena tehničkom specifikacijom ne smije biti veća od 20 m², mjereno s objektom koji se skenira smještenim ispred izvora zračenja i mjereno s granice tunela skeniranja, u opciji korištenja skenera koji se ne kreće (portalnom modu), pri najvećoj energiji akceleratora.“</p>

	korištenja skenera koji se ne kreće (portalnom modu).“		
12.	<p>Molimo Vas da u Prilogu br. 3. DON – Razrada kriterija odabira ENP, promijenite stavku 3. Ukupna masa vozila (UMV) na sljedeći način da piše:</p> <p>-Ukupna masa vozila (UMV) - naručitelj će usporedbom ponuda dodatno bodovati kao umanjenje u odnosu na ponuđenu cijenu za iznos sukladno ukupnog masi vozila:</p> <p>- Od 3.501 kg do 5.000 kg = 450.000,00 kn</p> <p>- Više od 5.000 kg = 0,00 kn</p>	Ne prihvaća se	<p>U Prilogu 3. Dokumentacije o nabavi - Razrada kriterija odabira, u točki 3. propisano je:</p> <p>„Ukupna masa vozila (UMV) - naručitelj će usporedbom ponuda dodatno bodovati kao umanjenje u odnosu na ponuđenu cijenu za iznos sukladno ukupnog masi vozila:</p> <p>- Od 3.501 kg do 4.300 kg = 450.000,00 kn</p> <p>- Više od 4.300 kg = 0,00 kn</p> <p>zadovoljavajući uvjet da se promet vozilom neće smatrati izvanrednim prijevozom i da za promet na cestama vozilu nije potrebno posebno odobrenje.“</p> <p>a što je sukladno zahtjevima i potrebama Naručitelja za ovaj predmet nabave.</p>
Primjedbe od broja 13. do broja 32. vezane su uz Tehničku specifikaciju iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi:			
13.	<p>Molimo da se u stavci broj 1.3. doda sljedeći tekst ili da se doda nova stavka:</p> <p>-„Skener mora koristiti tehnologiju povratnog raspršenja zračenja („backscatter technology“ – BX ili „Compton scattering“ – Comptonovo raspršenje) s rendgenskim izvorom zračenja niske doze od maksimalno 230 keV“</p>	Djelomično se prihvaća	<p>U dokumentu „Guidelines For The Procurement And Deployment Of Scanning/NII Equipment“(Smjernice za nabavu i uporabu opreme za skeniranje) iz prosinca 2018. godine koji je izdala Svjetska carinska organizacija-WCO, u poglavlju IV, točka 3. „Vrste tehnologije“, pod c) „Backscatter X-ray“ opisan je način rada RTG uređaja koji je predmet ove nabave: Backscatter X-ray systems operate by directing X-rays at a target object and capturing the resultant scattered, or reflected, radiation using detectors on the near side of the target. Because the detectors are located on the near side, no boom or archway is required, thereby increasing the versatility and mobility of the scanning system The ensuing image has a more photographic appearance than that of a transmission X-ray system, and backscatter systems are particularly suited to imaging organic materials. However, as backscatter imaging is confined to relatively low energy systems, generally having a maximum energy of 450 KeV, the penetrative capability of such systems is quite limited. (Rendgenski sustavi za povratno zračenje djeluju usmjeravajući rendgenske zrake na ciljni objekt i bilježenje rezultiranog raspršenog ili reflektiranog zračenja pomoću detektora u blizini. Budući da su detektori smješteni na bližoj strani, nema luka, čime se povećava svestranost i pokretljivost sustava za skeniranje. Slika koja se dobiva ima više fotografski izgled od one iz X-ray sustava i povratni sustavi posebno su prikladni za snimanje organskih materijala. Međutim, kako je snimanje povratne slike ograničeno na relativno malo energije, sustavi koji obično imaju maksimalnu energiju od 450 KeV, sposobnost takvih sustava je prilično</p>

			ograničena). Temeljem prethodno navedenog, Naručitelj u točki 1.1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi koji glasi: „Mobilni rendgenski uređaj za skeniranje, nadzor nad prekograničnim prometom teretnih vozila, teretnih vozila sa kontejnerima, autobusa, kamperskih i osobnih vozila“ dodaje tekst „koji koristi tehnologiju bilježenja povratnog raspršnog zračenja, takozvani Backscatter X-ray sustav, maksimalne energije do 450 KeV“.
14.	Molimo da se stavka 1.5., točka 1., promijeni na način da piše: -„Vrijeme potrebno za podizanje cijelog sustava za početak prvog skeniranja, računajući od dolaska na lokaciju ne smije biti duže od 20 minuta, te 72 minute ako sustav nije bio u upotrebi 4 tjedna ili duže.“	Prihvaća se	Točkom 1.5. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, podtočkom 1. propisano je: „Vrijeme potrebno za podizanje cijelog sustava za početak prvog skeniranja, računajući od dolaska na lokaciju ne smije biti duže od 15 minuta.“ Naručitelj mijenja istu točku tako da sada glasi: „Vrijeme potrebno za podizanje cijelog sustava za početak prvog skeniranja, računajući od dolaska na lokaciju ne smije biti duže od 20 minuta, te 72 minute ako sustav nije bio u upotrebi 4 tjedna ili duže.“
15.	Molimo da se stavka 2.5. promijeni na način da piše: - „Dimenzije vozila ne smiju prelaziti: dužinu 7,00 m; širinu 2,65 m i visinu 3,00 m.“	Ne prihvaća se	Točkom 2.5. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, propisano je: „Dimenzije vozila ne smiju prelaziti: dužinu 6,90 m; širinu 2,55 m i visinu 3,00 m.“ Navedeni zahtjev u skladu je sa važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine, broj 85/16, 24/17, 70/19).
16.	Molimo da se u stavci broj 2.6. doda sljedeći tekst ili da se doda nova stavka: „Vozilo mora biti vanjske izvedbe s jedinstvenom karoserijom kombija, a ne šasijom kabine s odvojenim prostorom za teret“.	Ne prihvaća se	Točkom 2.6. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, propisano je: <ul style="list-style-type: none"> • „Podvozje vozila s 2 osovine, a za koji tip i model na području RH postoji ovlaštenu zastupnik i servis. • ABS sustav. • ESP sustav. • Vozilo mora biti registrirano u trenutku isporuke, posjedovati sve dozvole i licence za korištenje u prometu na cestama i Policu punog kasko osiguranja na vrijeme od najmanje godinu dana. • Vozilo i sva oprema, moraju biti što kompaktniji i okretniji, obzirom na područje korištenja uređaja u prekograničnom prometu.“

			Ova točka u skladu je s potrebama i zahtjevima Naručitelja.
17.	<p>Molimo da se stavka 2.8. promijeni na način da se briše točka 2.:</p> <p>- „Mogućnost ručnog isključenja zračnog jastuka suvozača“</p> <p>Šasija na kojoj isporučujemo naš sustav (proizvođač – Daimler Mercedes Benz) dopušta samo automatsko isključenje/uključenje zračnog jastuka suvozača s obzirom na težinu suvozača.</p>	Prihvaća se	<p>Točkom 2.8. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, podtočkom 2. propisano je: „Mogućnost ručnog isključenja zračnog jastuka suvozača.“, koju Naručitelj mijenja tako da ista sada glasi „Mogućnost ručnog i/ili automatskog isključenja zračnog jastuka suvozača.“</p>
18.	<p>Molimo da se stavka 4.2., točka 1., promijeni na način da piše:</p> <p>- „18 sati neprekidnog rada cjelokupnog sustava,“</p>	Ne prihvaća se	<p>Točkom 4.2., podtočkom 1. alinejom 1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, propisano je: „24 sata neprekidnog rada cjelokupnog sustava“.</p> <p>Točkom 4.2. Tehničke specifikacije propisane su karakteristike električnog agregata za opskrbu električnom energijom RTG uređaja. Naručitelj ne prihvaća zahtjev ovog gospodarskog subjekta, jer se nabavlja RTG uređaj koji može biti u funkciji 24 sata.</p>
19.	<p>Molimo da se stavka 4.2., promijeni na način da se briše točka 3.:</p> <p>- „Rad generatora mora biti usklađen sa UPS uređajem za automatsko pokretanje rezervnog napajanja u slučaju nestanka električne energije“</p> <p>-Naš sustav ne dolazi s ugrađenim UPS uređajem. Baterija na prijenosnom računalu je dovoljna da bi se spremili svi podaci u slučaju nestanka električne energije.</p>	Ne prihvaća se	<p>Točkom 4.2., podtočkom 1. alinejom 3. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, propisano je: „rad generatora mora biti usklađen sa UPS uređajem za automatsko pokretanje rezervnog napajanja u slučaju nestanka električne energije“.</p> <p>UPS uređaj, koji služi za automatsku zaštitu kompjuterskih sustava, potreban je u RTG uređaju koji se nabavlja.</p>
20.	<p>Molimo da se stavka 5.1., točka 3., promijeni na način da piše:</p> <p>-Ponuditelj mora iskazati traženu</p>	Prihvaća se	<p>Točkom 5.1. podtočkom 3. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je: „Ponuditelj mora iskazati traženu debljinu pri brzini skeniranja od 0,4 m/s.“</p>

	debljinu pri brzini skeniranja od 0,4 m/s odnosno 1.5 km/h.		Navedena brzina skenirana iskazana u mjernoj jedinici od 0.4 m/s približna je brzini iskazanoj u mjernoj jedinici od 1.5 km/h, te Naručitelj mijenja točku 5.1. podtočku 3. Tehničke specifikacije, koja sada glasi „Ponuditelj mora iskazati traženu debljinu pri brzini skeniranja od 0,4 m/s, odnosno 1,5 km/h.“
21.	Molimo da se stavka 5.2., točka 2., promijeni na način da piše: -Ponuditelj mora iskazati traženu težinu – dimenziju tvari pri brzini skeniranja od 0,4 m/s odnosno 1.5 km/h	Prihvaća se	U skladu sa Odgovorom br. 20., Naručitelj mijenja točku 5.2. podtočku 2. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi: „Ponuditelj mora iskazati traženu težinu – dimenziju tvari pri brzini skeniranja od 0,4 m/s.“ tako da ista sada glasi: „Ponuditelj mora iskazati traženu debljinu pri brzini skeniranja od 0,4 m/s odnosno 1.5 km/h.“
22.	Molimo da se stavka 6.2., točka 1., promijeni na način da piše: -„Organiziranim radnim prostorom za smještaj prijenosnog računala koji podrazumijeva fleksibilni stalak za prijenosno računalo i prijenosnog više funkcijskog inkjet pisača“ -U naš sustav ne može se ugraditi laserski pisač/scaner jer za iste nema slobodnog prostora	Prihvaća se	Točkom 6.2. podtočkom 1. alineja 1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je: „Organiziranim radnim prostorom za smještaj prijenosnog računala koji podrazumijeva fleksibilni stalak za prijenosno računalo i prijenosnog više funkcijskog laserskog pisača/skenera.“ Isto Naručitelj mijenja tako da sada glasi: „Organiziranim radnim prostorom za smještaj prijenosnog računala koji podrazumijeva fleksibilni stalak za prijenosno računalo i prijenosnog više funkcijskog inkjet pisača“. U navedenoj alineji dodaje se tekst „Inkjet pisač se isporučuje zajedno s predmetom nabave, ali isti ne mora biti ugrađen u vozilo. Prilikom isporuke će Naručitelj u dogovoru s ponuditeljem odlučiti o smještaju uređaja u vozilu.“
23.	Molimo da se stavka 6.2., točka 2., promijeni na način da piše: -prijenosno računalo sa minimalnim teh. specifikacijama: Core I7 procesor 2.9GHz, 16 GB RAM, 1Tb HDD, 17“ zaslon, Quadro P3000 video procesor, bez optičkog diska, Network: 802.11ac, Bluetooth 5.0, I / O port 2 x USB 3.1 Gen + kombinirani audio izlaz + mikrofonski ulaz, 1 x HDMI 2.0, tipkovnica s HR layout-om, touchpad, napajanje 65W (EU plug), operativni sustav Windows 10 Professional na	Ne prihvaća se	Naručitelj ne prihvaća zahtjev ovog gospodarskog subjekta za izmjenom točke 6.2. podtočke 1. alineje 1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi, u kojoj su navedene minimalne tehničke specifikacije prijenosnog računala, iz razloga što u ponuđenom prijenosnom računalu nema Office paketa koji je Naručitelju nužan za rad.

	hrvatskom jeziku u trajanju licenci od 3 godine. Jamstvo: 3 godine.“		
24.	<p>Molimo da se iz stavke 6.2., briše dio:</p> <p>-„multifunkcijski laserski uređaj, minimalne specifikacije: u boji, rezolucija ispisa najmanje 1200 x 1200 dpi, skeniranje/kopiranje 1200 x 1200 dpi, veličina stranice ispisa A4, sučelje: LAN,USB, Wi-Fi“</p> <p>-U naš sustav ne može se ugraditi multifunkcijski laserski uređaj jer za isti nema predviđenog slobodnog prostora.</p>	Djelomično se prihvaća	<p>Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi, točke 6.2. podtočke 1. alineja 2. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi: „multifunkcijski laserski uređaj, minimalne specifikacije: u boji, rezolucija ispisa najmanje 1200 x 1200 dpi, skeniranje/kopiranje 1200 x 1200 dpi, veličina stranice ispisa A4, sučelje: LAN, USB, Wi-Fi“.</p> <p>U navedenoj alineji dodaje se tekst: „Multifunkcijski laserski uređaj se isporučuje zajedno s predmetom nabave, ali isti ne mora biti ugrađen u vozilo. Prilikom isporuke će Naručitelj u dogovoru s ponuditeljem odlučiti o smještaju multifunkcijskog laserskog uređaja u vozilu.“</p>
25.	<p>Molimo da se stavka 6.3. briše iz tehničkih specifikacija:</p> <p>-Naš sustav ne dolazi s ugrađenim UPS uređajem. Baterija na prijenosnom računalu je dovoljna da bi se spremili svi podaci u slučaju nestanka električne energije.</p>	Ne prihvaća se	<p>Točkom 6.3. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je: „UPS uređaj za rezervno napajanje radnih stanica u slučaju nestanka električne energije. UPS uređaj mora osigurati dostatno vrijeme rada za sigurno gašenje svih radnih stanica u vozilu.“</p> <p>Na opravdanost ugradnje UPS uređaja odgovoreno je u Odgovoru br. 19., stoga se ovaj prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi ne prihvaća.</p>
26.	<p>Molimo da se u stavci broj 7.3. doda sljedeća točka:</p> <p>-Ponuda skenera ne uključuje nikakvu opremu ili hardver za dodatnu radnu stanicu na potencijalnoj udaljenoj/trećoj lokaciji</p>	Ne prihvaća se	<p>Točkom 7.3. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Sustav pohrane snimaka u skeneru, radi organiziranja centralnog mjesta za prikupljanje i tumačenje snimaka sa treće lokacije, mora imati pripremljeno rješenje koje putem internetske veze može obavljati sve funkcije pregledavanja snimaka na udaljenom računalu, odnosno vršiti pohranu podataka o skeniranju na trećem mjestu. • Ponuda skenera uključuje za vrijeme održavanja uređaja, besplatnu nadogradnju svih programa i licenci za još jedno operatorsko mjesto u slučaju i kada naručitelj ustroji nadzor i pregledavanje snimaka skenera sa treće lokacije.“ <p>Naručitelj u Tehničkoj specifikaciji ne traži nikakvu dodatnu opremu već isključivo softversko rješenje unutar sustava, da se putem internetske mreže može poslati slika na treće mjesto, gdje se ista može očitati i pregledavati, stoga se navedeni prijedlog</p>

			gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacijom o nabavi ne prihvaća.
27.	Molimo da se stavka 7.5., promijeni na način da piše: -„Programska podrška mora biti sposobna automatski pretraživati bazu prethodno skeniranih rendgenskih snimaka temeljem podataka registarskih oznaka vozila.“	Ne prihvaća se	<p>Točkom 7.5., podtočka 1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Programska podrška mora biti sposobna pretraživati rendgenske snimke: <ul style="list-style-type: none"> - temeljem podataka registarskih oznaka vozila, - međunarodnih identifikacijskih oznaka kontejnera (BIC), - prošlih skeniranja pomoću samo jednog od podataka priloženih slici skeniranja ili kombinacije podataka, - spremite rezultate pretraživanja.“ <p>Prijedlog gospodarskog subjekta da se pretraživanje rendgenskih snimaka može vršiti temeljem podataka registarskih oznaka vozila u bitnome ograničava mogućnosti pretraživanja postojećih baza. U navedenoj podtočki Tehničkih specifikacija propisano je koji su to podaci temeljem kojih se mogu pretraživati baze podataka, te Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi.</p>
28.	Molimo da se stavka 8.1., promijeni na način da piše: -Sustav skeniranja mora zahtijevati prijavu sa individualnim vjerodajnicama kako bi se zadovoljili uvjeti za aktiviranje x-zraka.	Prihvaća se	<p>Točkom 8.1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Sustav skeniranja mora zahtijevati prijavu sa individualnim vjerodajnicama kako bi se zadovoljili uvjeti za aktiviranje generatora. • Lokalna prijava mora se temeljiti na protokolu korisničko ime – lozinka, a sustav skeniranja mora imati mogućnost kreiranja više korisničkih imena kako bi se za svakoga od operatera nezavisno vodili evidentirani podaci. • Sustav mora prikupiti evidentirane podatke o <ul style="list-style-type: none"> - korisniku/operateru, - prijavama i upotrebljavanju sustava, - broju skeniranja na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, - broju skeniranja s odgovarajućim razdobljima po satu korištenja. • Evidencije se moraju pohranjivati na način da korisnik/operater podatke iz ove točke ne može naknadno mijenjati nego istima pristupati isključivo radi generiranja izvješća o radu.“ <p>Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi, jer se istime neće bitno promijeniti smisao propisanih zahtjeva u točki 8.1. Tehničke specifikacije. Svaki RTG sustav ima svoj način zaštite pristupa za upravljanje uređajem. Stoga se tekst u točki 8.1., alineja 1. mijenja, tako da isti glasi: „Sustav skeniranja mora zahtijevati prijavu sa individualnim vjerodajnicama kako bi se zadovoljili uvjeti za aktiviranje x-zraka“. Ostali dio stavka 8.1. ostaje nepromijenjen.</p>

29.	<p>Molimo da se stavka 9.4., točka 1., promijeni na način da piše: -„Svi dijelovi skenera moraju biti u mogućnosti raditi bez smanjenja kapaciteta ili kvalitete slike kao i bez produljenog vremena podizanja na radnim temperaturama od 0°C do plus (+) 42°C“ -Bilo kakvo odstupanje od gore navedenih parametara zahtjeva modifikacije sustava (dodatnu opremu) što je dodatni veliki trošak koji nije bio naveden u ponudi tijekom istraživanja tržišta, te za isti nije predviđen dovoljan budget.</p>	Ne prihvaća se	<p>Točkom 9.4. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Svi dijelovi skenera moraju biti u mogućnosti raditi bez smanjenja kapaciteta ili kvalitete slike kao i bez produljenog vremena podizanja na radnim temperaturama od minus (-) 10°C do plus (+) 50°C • Ponuditelj mora navesti raspon temperature za optimalan rad, kao i granične temperature za rad skenera.“ <p>Predviđeno mjesto rada za RTG uređaj, koji je predmet ove nabave, je većim dijelom u kopnenom dijelu Republike Hrvatske. Zimi, temperatura zraka u tim dijelovima, vrlo često i višednevno, bude ispod 0° C. Stoga je Naručitelj propisao navedene zahtjeve u Tehničkoj specifikaciji kako RTG uređaj ne bi stajao neupotrebljiv. Iz provedenog istraživanja tržišta i dostupne dokumentacije razvidno je da na tržištu postoji uređaj koji zadovoljava propisane kriterije.</p>
30.	<p>Molimo da se stavka 11.6., točka 1., promijeni na način da piše: „Dodatno prijenosno računalo: minimalne teh. specifikacije: Core I7 procesor 2.9GHz, 16 GB RAM, 1Tb HDD, 17“ zaslon, Quadro P3000 video procesor, bez optičkog diska, Network: 802.11ac, Bluetooth 5.0, I / O port 2 x USB 3.1 Gen + kombinirani audio izlaz + mikrofonski ulaz, 1 x HDMI 2.0, tipkovnica s HR layout-om, touchpad, napajanje 65W (EU plug), operativni sustav Windows 10 Professional na hrvatskom jeziku u trajanju licenci od 3 godine. Jamstvo: 3 godine.“</p>	Ne prihvaća se	<p>Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za promjenom točke 11.6. podtočke 1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi u kojoj su navedene minimalne tehničke specifikacije dodatnog prijenosnog računala, iz razloga što u ponuđenom prijenosnom računalu nema Office paketa koji je Naručitelju nužan za rad.</p>
31.	<p>Molimo da se stavka 13.2., promijeni na način da se dodaju nove točke:</p>	Ne prihvaća se	<p>Točkama 13.1. i 13.2. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je: „13.1.: Uređaj mora biti potpuno kompatibilan s hrvatskim propisima (Zakon o</p>

	<p>-„Sustav mora imati dozu prema vozilu manju od 0.15 μSv (15 urem)/ po skeniranju pri prosječnoj brzini od 1.5 km/h na udaljenosti od 1.1 metar“</p> <p>-„Doza prema operateru mora biti manja od 1 μSv (0.1 mR) u bilo kojem satu (mjereno u kabini i ne manje od 30 cm od svih strana, izuzev izlaza izvora zračenja)“</p>		<p>radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti) i zahtjevima vezanim uz propise o zaštiti na radu (Zakon o zaštiti na radu, Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18, www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-zaštiti-na-radu)</p> <p>13.2. • Ponuditelj mora dostaviti detaljne tehničke specifikacije i priložiti svu potrebnu dokumentaciju u vezi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mjera, izračuna, procjena i pitanja sigurnosti zračenja, - vrste i izvora zračenja koje se upotrebljava u sustavu, - maksimalne stope doze (μSv/h) i ukupne doze (μSv) tijekom skeniranja, te navesti jesu li iskazani rezultati bili stvarno izmjereni ili samo procijenjeni.“ <p>Točkom 13.1. propisano je koje zakonske uvjete mora ispuniti ponuđeni RTG uređaj u pogledu nuklearne sigurnosti. Ako budu ispunjeni zakonski uvjeti nema potrebe za dodatnim preciziranjem doza zračenja. Točkom 13.2. propisano je koju dokumentaciju ponuditelj mora dostaviti kao dokaz da ispunjava zakonske uvjete iz točke 13.1. Tehničke specifikacije. Stoga se navedeni prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi ne prihvaća.</p>
32.	<p>Molimo da se stavka 14.1., točka 1., promijeni na način da piše:</p> <p>-„Obuka carinskih službenika o korištenju opreme na hrvatskom jeziku ili s osiguranim prevođenjem na hrvatski jezik u trajanju od 2 puta po 5 dana na mjestu isporuke za 2 grupe od po 15 službenika, nakon koje carinski službenici moraju biti u mogućnosti koristiti sve značajke uređaja u skladu s ciljevima navedenim u onoj Dokumentaciji.“</p>	Prihvaća se	<p>Točkom 14.1. podtočkom 1. Tehničke specifikacije iz Priloga br. 5. Dokumentacije o nabavi propisano je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Obuka carinskih službenika o korištenju opreme na hrvatskom jeziku ili s osiguranim prevođenjem na hrvatski jezik u trajanju od 5 dana na mjestu isporuke za 30 službenika, nakon koje carinski službenici moraju biti u mogućnosti koristiti sve značajke uređaja u skladu s ciljevima navedenim u ovoj Dokumentaciji.“ <p>Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi jer se postižu isti ciljevi, samo organizirani na drugačiji način. Stoga se točka 14.1. podtočka 1. Tehničke specifikacije mijenja tako da ista glasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Obuka carinskih službenika o korištenju opreme na hrvatskom jeziku ili s osiguranim prevođenjem na hrvatski jezik u trajanju od 2 puta po 5 dana na mjestu isporuke za 2 grupe od po 15 službenika, nakon koje carinski službenici moraju biti u mogućnosti koristiti sve značajke uređaja u skladu s ciljevima navedenim u onoj Dokumentaciji.“